

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»	Страница: 1
Ф 05-0-13-2019-02-ОИ	Страниц: 5
Экспертное заключение	Издание: 2



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 732701001  
Пушкарева ул., д. 5, г. Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63 E-mail: [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru); <http://73fguz.ru>

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710027 от 23.04.2015г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач (заместитель главного врача) ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»



*[Handwritten signature]*

Е.Ю.Жукова

МП

« 06 » 09 2019 год

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 1332/1674 ОЛД/19 от « 06 » 09 2019 г.

<b>1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:</b> помещение кабинета рентгеновской компьютерной томографии ООО «Центр Семейной Медицины» (право эксплуатации томографа рентгеновского компьютерного «SOMATOM Sensation 64», заводской №55330, год выпуска 2008)
<b>1.1. Адрес объекта</b> г. Ульяновск, бульвар Пензенский, дом 22, этаж 1, помещение 141 (фактический адрес)
<b>2. Наименование организации, предприятия (заявитель):</b> ООО «Центр Семейной Медицины» (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, место регистрации, число, месяц, год) г. Ульяновск, бульвар Пензенский, дом 22, этаж 1, помещение 101 (юридический адрес)
<b>3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: номер и дата заявления на экспертизу:</b> №1674 ОЛД от 15.05.2019г.
<b>4. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:</b> установить соответствие (несоответствие) объекта экспертизы требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)», СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения», СанПиН

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»	Страница: 2
Ф 05-0-13-2019-02-ОИ	Страниц: 5
Экспертное заключение	Издание: 2

2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»

**5. Перечень представленных документов:**

1. Свидетельство о государственной регистрации №1197325002918 от 05.02.2019г.
2. Устав ООО «Центр Семейной Медицины», утвержден протоколом общего собрания участников №1 от 31.01.2019г.
3. План (программа) производственного контроля от 14.05.2019г.
4. Проектная документация на размещение компьютерного томографа в кабинете рентгеновской компьютерной томографии, расположенном в ООО «Центр Семейной Медицины» от февраля 2019г., выданный КТ «РЕАН и Компания» (КТ «РЕАН и К»), г. Саратов.
5. Регистрационное удостоверение на аппарат ФС №2005/532 от 05.04.2015г.
6. Технический паспорт на дверь рентгенозащитную одностворчатую ДР-1 №4343 от 15.12.2018г.
7. Технический паспорт на дверь рентгенозащитную двухстворчатую ДР-2 №4657 от 15.03.2019г.
8. Акт освидетельствования скрытых работ от 07.05.2019г. на покрытие стен процедурной кабинета рентгеновской компьютерной томографии, выполненный ООО «Эталон» г. Ульяновск.
9. Договор на проведение индивидуального дозиметрического контроля №77 от 23.04.2019г.
10. Договор аренды нежилого помещения №21 от 15.01.2019г., общей площадью 198,1 кв.м. между ООО «Дубрава» г. Ульяновск и ООО «Центр Семейной Медицины» г. Ульяновск.
11. Инструкция по радиационной безопасности и охране труда для персонала рентгеновского кабинета ООО «Центр Семейной Медицины» от 14.05.2019г.
12. Приказ об ответственности за радиационную безопасность №1 от 14.05.2019г.
13. Приказ об отнесении работающих лиц к персоналу группы «А» №1 от 14.05.2019г.
14. Протокол приемо-сдаточных испытаний электроустановки ООО «Центр Семейной Медицины» №0508-19 от 08.05.2019г., выполненный производственно-испытательной электролабораторией ООО «Регион Электро» г Ульяновск.
15. Протокол испытания вентиляционных систем в помещениях ООО «Центр Семейной Медицины» №6 от 08.05.2019г., выполненный ООО «Эталон» г. Ульяновск.
16. Документ о прохождении специализации персонала: сертификат специалиста от 20.12.2017г.
17. Протокол дозиметрических измерений №П11183 от 03.09.2019г.
18. Протокол измерений параметров освещенности производственных помещений №П11185 от 03.09.2019г.
19. Протокол измерений параметров микроклимата производственных помещений №П11184 от 03.09.2019г.
20. Акт освидетельствования скрытых работ от 10.08.2019г. на укладку линолеума в процедурной кабинета рентгеновской компьютерной томографии ООО «Центр Семейной Медицины», выданный ООО «Эталон» г. Ульяновск.
21. Акт обследования №1674 ОЛД от 04.09.2019г., составленный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

**6. Дата проведения экспертизы:** с 16.07.2019г. по 04.09.2019г.

**7. Сведения о специалисте ОИ:**

врачом – экспертом Халиулловым И.Э., сертификат специалиста 0377180728204 №2Ц-50-146200 от 15.11.2017г., выдан ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения и социального развития



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»	Страница: 3
Ф 05-0-13-2019-02-ОИ	Страниц: 5
Экспертное заключение	Издание: 2

Российской Федерации, сертификат №7517 от 30.04.2016г., выдан ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

**8.Сведения установленные в ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:**  
Работы и услуги, выполняемые в кабинете рентгеновской компьютерной томографии ООО «Центр Семейной Медицины»

1.Рентгеновская диагностика – право эксплуатации томографа рентгеновского компьютерного «SOMATOM Sensation 64», заводской №55330, год выпуска 2008.

**Участок объекта:**

-расположение по отношению к жилой застройке – на первом этаже отдельно стоящего двухэтажного нежилого здания.

-благоустройство (содержание территории, асфальтирование, наличие подъездных путей, пешеходных дорожек, зоны подъезда и разгрузки автомобилей, площадки для мусоросборников, наличие ливневой канализации с устройством очистки от нефтепродуктов и т.п.) – территория благоустроена.

**Санитарно-техническое состояние кабинета:**

**Характеристика помещений:**

	Процедурная	Комната управления	Кабинет врача-рентгенолога
Площадь, кв.м.	32,39	10,25	9,74
Отделка стен	Покраска	Покраска	Покраска
Отделка пола	Линолеум	Линолеум	Линолеум
Отделка потолка	Покраска	Покраска	Покраска

Естественное освещение- имеется, осуществляется через оконные проемы;

Искусственное освещение – лампы дневного света;

Естественная вентиляция – имеется, осуществляется путем открывания окон и дверей, дополнительная вентиляция-приточно-вытяжная и система кондиционирования, на момент обследования находится в рабочем состоянии.

**Имеется в наличии следующая документация:**

- журнал инструктажа на рабочем месте установленной формы;
- карточки учета индивидуальных доз персонала;
- основные санитарные правила: СанПиН 2.6.1.1192-03;
- паспорт на огнетушитель;
- журнал учета индивидуальных доз пациентов.

**Персонал кабинета:**

	Врач-рентгенолог	Рентгенолаборанты
Количество	-	1

**Наличие личных медицинских книжек единого образца с результатами гигиенической аттестации:**

Даты последнего медицинского осмотра персонала: 03.12.2018г.

Сведения о результатах периодических медицинских осмотров – допущены к работе.



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»	Страница: 4
Ф 05-0-13-2019-02-ОИ	Страниц: 5
Экспертное заключение	Издание: 2

**Спецодежда и средства индивидуальной защиты (перечень, соответствие виду работ, условия хранения).**

Защитные фартуки-3 шт., имеются, хранятся в кабинете рентгеновской компьютерной томографии

**Технические характеристики источника ионизирующего излучения в соответствии с паспортом на изделие:**

Диапазон анодного напряжения: 70,80,100,120,140 кВ.

Диапазон анодного тока: 28-666 мА.

**Место проведения работ:** г. Ульяновск, бульвар Пензенский, дом 22, этаж 1, помещение 141.

Характеристика помещения – помещение кабинета рентгеновской компьютерной томографии Этаж-1.

**Наличие договоров (на проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации, вывоз твердых бытовых отходов и др.):**

1. Договор на оказание услуг по сбору и транспортировке отходов для дальнейшего обезвреживания №К052-19 с ООО «Компания ПромУтилизация» г. Ульяновск.

**Экспертиза результатов лабораторных исследований:**

1. Протокол дозиметрических измерений №П11183 от 03.09.2019г., составленный ОРГ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», аттестат аккредитации ОИ № RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года (измерения проведены согласно МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах»), согласно заявки №1676 ОЛД от 15.05.2019г.

2. Протокол измерений параметров освещенности производственных помещений №П11185 от 03.09.2019г., выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», аттестат аккредитации ОИ № RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года, согласно заявки №1676 ОЛД от 15.05.2019г.

3. Протокол измерений параметров микроклимата производственных помещений №П11184 от 03.09.2019г., выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», аттестат аккредитации ОИ № RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года, согласно заявки №1676 ОЛД от 15.05.2019г.

Результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют нормативным требованиям.

**9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

**Наименование объекта:**

помещение кабинета рентгеновской компьютерной томографии ООО «Центр Семейной Медицины» (право эксплуатации томографа рентгеновского компьютерного «SOMATOM Sensation 64», заводской №55330, год выпуска 2008)

(наименование объекта, его фактический адрес)

**Наименование организации, предприятия (заявитель):**

ООО «Центр Семейной Медицины»

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, место регистрации, число, месяц, год),

г. Ульяновск, бульвар Пензенский, дом 22, этаж 1, помещение 101

(юридический адрес)

г. Ульяновск, бульвар Пензенский, дом 22, этаж 1, помещение 141.

(фактический адрес)



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»	Страница: 5
Ф 05-0-13-2019-02-ОИ	Страниц: 5
Экспертное заключение	Издание: 2

на момент обследования соответствует (не соответствует) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)», СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»

**10. Перечень документов, прилагаемых к экспертному заключению:**

1. Протокол дозиметрических измерений №П11183 от 03.09.2019г.
2. Протокол измерений параметров освещенности производственных помещений №П11185 от 03.09.2019г.
3. Протокол измерений параметров микроклимата производственных помещений №П11184 от 03.09.2019г.

(указывается «соответствуют» или «не соответствуют» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: полное название и номер санитарных правил и норм, санитарных правил, санитарных норм, гигиенических нормативов)

Заведующий отделом радиационной гигиены/  
врач -эксперт

Халиуллов И.Э.